

醫療程序資訊 - 膠囊內視鏡檢查

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No.:	

1. 簡介

- 1.1. 膠囊內視鏡內附有光源的微型攝錄機，體積只有藥丸般大小。病人吞服後，膠囊內視鏡便可隨着腸臟蠕動前進而進行攝錄小腸過程。膠囊內視鏡最後會自行排出體外。
- 1.2. 此項檢查可用以評估腸胃鏡不能到達的小腸。
- 1.3. 此項檢查並沒有入侵性，整個攝錄過程需時約 8 小時，屬檢查性質，不能同時進行介入性治療或抽取樣本等程序。
- 1.4. 主要目的是找出小腸出血的原因及位置。
- 1.5. 假如病人有以下情況，請通知醫生：
 - 1.5.1. 植入了心臟起搏器
 - 1.5.2. 糖尿病、腎病
 - 1.5.3. 腸塞徵狀，例如腹痛及嘔吐等
 - 1.5.4. 長期服用藥物，例如鐵質補充劑、阿士匹靈、胃藥等

2. 檢查過程

- 2.1. 檢查前三天
 - 2.1.1. 停止進食含有高纖維的食物，包括水果、蔬菜及果仁等。
 - 2.1.2. 可進食低纖維低脂肪食物，如肉類、白飯及麵包等。
- 2.2. 檢查前一天
 - 2.2.1. 只可進食流質食品，例如隔渣的湯水、粥水、果汁等飲料。
 - 2.2.2. 不可進食奶類和豆漿。
 - 2.2.3. 請勿進食深色之流質，如咖啡、濃茶等。
 - 2.2.4. 按醫囑服瀉藥。
 - 2.2.5. 服瀉藥後只可飲清水。
 - 2.2.6. 檢查前六小時不可飲食。
- 2.3. 檢查當天
 - 2.3.1. 簽署同意書。
 - 2.3.2. 檢查會安排在清早進行。
 - 2.3.3. 請穿着鬆身上衣及褲子。
- 2.4. 吞服膠囊後須知
 - 2.4.1. 病者腹部及胸部會被貼上接受器，再接駁記錄儀，並用腰帶掛在腰部。
 - 2.4.2. 請勿在 8 小時內移除裝置。
 - 2.4.3. 依指示飲用少量清水吞服膠囊。
 - 2.4.4. 在檢查過程中，請你每約十五分鐘檢查記錄儀上之燈是否在閃爍*。
 - 2.4.5. * Olympus 會顯示綠燈，GIVEN PillCam 會顯示藍燈 (根據醫護人員指示)
 - 2.4.6. 若燈停止閃爍，請通知內鏡中心職員。
 - 2.4.7. 吞服膠囊兩小時內，不要進食或飲水。
 - 2.4.8. 在 2 小時後，可以飲用少量清水。
 - 2.4.9. 在 4 小時後，可以食用流質食物及藥物，請勿飲用深色飲品如咖啡、濃茶等。
 - 2.4.10. 吞服膠囊後應避免躺臥床上，應多散步及如常活動，但盡量避免劇烈運動或過份屈曲身體，以免造成接收器及記錄儀的損壞。
 - 2.4.11. 避免接近磁力共振 (MRI) 設施 或發電站。



