

戴有心臟植入式電子儀器 放射治療病人須知暨同意書

Hosp No. :	HKID No.:
Case No. :	
Name :	
DOB :	M / F
Adm Date :	
Contact No. :	

A. 心臟植入式電子儀器與放射治療

- ❖ 根據臨床研究，放射治療對心臟植入式電子儀器(包括心臟起搏器及植入式心臟復律除顫器，以下簡稱兩者為起搏器)之運作有一定的影響。
- ❖ 而醫生，放射治療師及物理學家將盡力把該影響降至最低，但並不能完全消除。
- ❖ 所以你若戴有此類儀器，請於第一時間通知我們的醫生/放射治療師/護士，讓我們可以為你計劃出一個較安全的治療方案。
- ❖ 此外，如你所裝有的植入式心臟電子儀器，曾經接受過直射或散射的放射治療，亦請緊記於治療設計開始前，通知醫生 / 放射治療師，我們需要評估該電子儀器曾接受過的累積劑量。

B. 放射治療前的安排

- ❖ 治療設計開始前，我們需要你先約見心臟科醫生，為你的電子儀器進行詳細評估。
- ❖ 而我們將根據心臟科醫生建議，準備你需要的預備程序。

C. 放射治療其間安排

- ❖ 為保護某個別型號的起搏器，心臟專科醫生或有需要在放射治療期間暫停該起搏器的部份功能。在場之醫生或護士會監察病人情況，以保障你的安全。
- ❖ 植入式心臟電子儀器若有任何異狀出現時，應盡快尋求醫生的協助，才能確保身體安全。

D. 放射治療對起搏器的副作用 (整體來說，副作用的機會率十分低)

包括:

- ❖ 因人為暫停起搏器的部份功能，有可能影響心臟功能
- ❖ 若你的儀器受到放射治療的電磁干擾，你可能會出現頭暈、頭痛，甚至心跳速度改變，嚴重時恐會昏厥死亡。
- ❖ 引致起搏器在不適當情況下電擊心臟(只限於植入式心臟去纖顫器)
- ❖ 電池壽命縮短
- ❖ 起搏器暫時、甚至永久停止運作(罕有)

*備註：可能發生的風險或併發症，不能盡錄。不可預計的併發症亦偶有發生，而且風險或併發症因素也因人而異。

本人明白及理解以上有關資料及須知事項，並同意接受放射治療。

病人簽署

醫生簽署 (姓名)

病人父母/監護人/近親 (姓名)

日期